

緊急洗眼沖淋設備安全作業標準

作業種類區分：公用設備  
 單位作業名稱：緊急洗眼沖淋移除危害物質  
 作業方式：個人作業  
 使用處理材料：無  
 使用器具工具：無  
 防護器具：無  
 資格限制：無，被危害物質噴濺時之緊急處置使用。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
作業前 1-1 路線位置 1-2 供水管線 1-3 設備開關	1-5 設備動線及位置周圍應保持暢通、淨空。 1-6 供水管線保持常開。 1-7 設備開關：(全身沖淋)拉下拉環，水將由上方灑水蓬頭沖灑而下。(清洗眼睛)推壓水槽旁壓板，水槽內噴水頭會噴出水柱。	1.1 跌倒或是緊急使用時造成碰撞。 1.2 供水水管開關閉閉或無法開啟。 1.3 拉環或壓板無法正常使用。	1-1、1-2、1-3 定期檢查、清潔、保養及放水測試。	1-1保持暢通、淨空。 1-2、1-3故障時，應立即通報修繕。
作業中 2-1全身沖淋 2-2清洗眼睛	2-1拉下拉環，水將由上方灑水蓬頭沖灑而下。 2-2推壓水槽旁壓板，水槽內噴水頭會噴出水柱。	2-1、2-2 水質不乾淨、雜質沉澱，導致傷口二次汙染。 2-2 水壓太強可能使眼睛受傷。	2-1、2-2 定期放水。 2-2 切勿開始將壓板開到底，應自行開啟至適應水流。	進行事故通報及醫院進行後續治療。
作業後 3-1 環境維護	3-1 周遭環境清潔。	3-1 危害物質之廢水。	3-1 穿著防護手套進行周遭環境清潔。	如有不慎碰觸導致身體不適請立即至醫護室。
圖解				

實驗室負責人：

製表人：

製作日期：